


**REKAPITULASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE MARET 2025**

Nomor	Waktu Pelaksanaan			Identitas Alat				Jenis Kegiatan	Penerapan K3			Persiapan			Pengujuan		Penanganan Alat						Kesimpulan	Teknisi		Mengetahui		
	Tanggal	Mulai	Selesai	Nama Alat	Unit / Instalasi	Merek/Tipe Alat	Nomor Seri		Hand Hygiene	APD	Kegiatan Tidak Diinginkan	Persiapan Alat	Pengoperasian Alat	Alat & Bahan	Uji Fisik	Uji Fungsi	Pembersihan	Pelumasan	Pengencangan Bagian Alat	Penggantian Bahan Pakai Habis	Pengujian Keselamatan	Pengukuran Keluaran		Uji Coba	Kalibrasi Berkala		Hasil	Teknisi Pelaksana 1
234/PM-BME/PSRS/III/2025	01 Maret 2025	07.50.00	08.09.00	CPAPI	Perina/PICU	SECHRIST	H81087; H81088; H81108	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Sulastri
235/PM-BME/PSRS/III/2025	01 Maret 2025	08.10.00	08.26.00	Kompressor	Perina/PICU	Drager	ASKD0008; ASKD0000	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Sulastri
237/PM-BME/PSRS/III/2025	01 Maret 2025	08.45.00	08.59.00	Phototherapy	Perina/PICU	Cobams & NOVOS	056171119 & BXP-103	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Sulastri
242/PM-BME/PSRS/III/2025	01 Maret 2025	13.16.00	13.28.00	Pulse Oxymeter	Perina/PICU	OXYGWAVE	0280900081; PERINA	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Tidak	Ya	Toolkit set; SPO2 Simula	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Sulastri
244/PM-BME/PSRS/III/2025	01 Maret 2025	13.39.00	13.52.00	Phototherapy	Perina/PICU	Bistoni	EAF-20038	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Sulastri
246/PM-BME/PSRS/III/2025	04 Maret 2025	08.28.00	08.41.00	Mikroskop	Instalasi Laboratorium	Olympus & Leica	6486378201612 & C-5	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
248/PM-BME/PSRS/III/2025	04 Maret 2025	09.02.00	09.17.00	Waterbath	Instalasi Laboratorium	WINA 607	607111 4051	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
249/PM-BME/PSRS/III/2025	04 Maret 2025	09.20.00	09.36.00	Vortex Mixer	Instalasi Laboratorium	VM-300	1212 083	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
250/PM-BME/PSRS/III/2025	04 Maret 2025	09.39.00	09.52.00	Roller Mixer	Instalasi Laboratorium	Gemmyco	1514 608	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
251/PM-BME/PSRS/III/2025	04 Maret 2025	09.55.00	10.22.00	Bio Safety Cabinet	Instalasi Laboratorium	Biobase BSC-1500	BSC-15A1609460	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
253/PM-BME/PSRS/III/2025	05 Maret 2025	07.52.00	08.01.00	DC Counter	Instalasi Laboratorium	DEC-9E	2104453	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
254/PM-BME/PSRS/III/2025	05 Maret 2025	08.03.00	08.15.00	Coagulafion	Instalasi Laboratorium	Pirell C2000-2	105-AC-58000235	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
255/PM-BME/PSRS/III/2025	05 Maret 2025	08.17.00	08.29.00	Electrolyte Analyzer	Instalasi Laboratorium	Roche	26321	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
256/PM-BME/PSRS/III/2025	05 Maret 2025	08.31.00	08.42.00	Urine Analyzer	Instalasi Laboratorium	Insight 4120	197E0001350	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Subagyo
265/PM-BME/PSRS/III/2025	09 Maret 2025	09.30.00	09.46.00	Influs Warmer	Gudang Farmasi	S-Line Barkey	290 7150	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Nunung
269/PM-BME/PSRS/III/2025	09 Maret 2025	10.20.00	10.32.00	Tensimeter	Matemat	ABN REGAL	00438652; 00097565	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Nunung
270/PM-BME/PSRS/III/2025	09 Maret 2025	13.02.00	13.10.00	Termometer	Matemat	Dotony	F280256	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	-	Nunung

Dibuat oleh,


Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.
NIP. 196004302010011009