

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN  
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA  
PERIODE MEI 2025**

| Nomor                  | Waktu Pelaksanaan |          |          | Identitas Alat    |                   |                     |                     | Jenis Kegiatan | Penerapan K3 |       |                           | Persiapan      |                    |              | Pengujian |            | Penanganan Alat |           |                          |                               |                       |                     |          | Kesimpulan                         | Teknisi           |              | Mengetahui      |                     |
|------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|-------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|
|                        | Tanggal           | Mulai    | Selesai  | Nama Alat         | Unit / Instalasi  | Merek/Tipe Alat     | Nomor Seri          |                | Hand Hygiene | APD   | Kegiatan Tidak Diinginkan | Persiapan Alat | Pengoperasian Alat | Alat & Bahan | Uji Fisik | Uji Fungsi | Pembersihan     | Pelumasan | Pengencangan Bagian Alat | Penggantian Bahan Pakai Habis | Pengujian Keselamatan | Pengukuran Keluaran | Uji Coba |                                    | Kalibrasi Berkala | Hasil        |                 | Teknisi Pelaksana 1 |
| 615/PM-BME/PSRS/N/2025 | 07 Mei 2025       | 10.02.00 | 10.11.00 | Infusion Pump     | ICU/PICU          | B-Braun I           | 108726              | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G |                 | Diah                |
| 616/PM-BME/PSRS/N/2025 | 07 Mei 2025       | 10.29.00 | 10.42.00 | Suction Pump      | ICU/PICU          | DIXION              | 070114120584        | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G |                 | Diah                |
| 622/PM-BME/PSRS/N/2025 | 07 Mei 2025       | 11.03.00 | 11.17.00 | Suction Pump      | ICU/PICU          | Yazumi              | HCU-SUC-006         | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G |                 | Diah                |
| 625/PM-BME/PSRS/N/2025 | 07 Mei 2025       | 13.47.00 | 13.53.00 | Timbangan Badan I | ICU/PICU          | Camry & local       | HCU-TD-001 & 151205 | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Diah                |
| 629/PM-BME/PSRS/N/2025 | 08 Mei 2025       | 08.00.00 | 08.30.00 | Thermohyrometer   | ISLRS             | Greisinger          | 3490 1620           | Inspeksi       | Ya           | Tidak | Nihil                     | Tidak          | Ya                 | blower       | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Ya                  | Tidak    | Alat ukur masih dalam keadaan baik | Imas Setyo G      | -            | Tryono          |                     |
| 633/PM-BME/PSRS/N/2025 | 08 Mei 2025       | 08.30.00 | 09.00.00 | Anemometer        | ISLRS             | Aimometer / MS6252A | H11-B15382          | Inspeksi       | Ya           | Tidak | Nihil                     | Tidak          | Ya                 | Blower       | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Ya                  | Tidak    | Alat ukur masih dalam keadaan baik | Imas Setyo G      | -            | Tryono          |                     |
| 634/PM-BME/PSRS/N/2025 | 08 Mei 2025       | 08.41.00 | 08.56.00 | Infant Warmer I   | VK                | Tesena              | 0580-Q-00001115-T89 | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Puji                |
| 640/PM-BME/PSRS/N/2025 | 08 Mei 2025       | 09.32.00 | 09.46.00 | Lampu Tindakani   | VK                | -                   | 16012223078         | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G | -               | Puji                |
| 645/PM-BME/PSRS/N/2025 | 08 Mei 2025       | 13.26.00 | 13.34.00 | Timbangan I       | VK                | Serentiy            | VK-TB-001           | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Tidak                    | Tidak                         | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G | -               | Puji                |
| 719/PM-BME/PSRS/N/2025 | 30 Mei 2025       | 09.45.00 | 10.03.00 | Washeri           | Instalasi Laundry | Aquastart           | 810069 2237         | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                     | Ya             | Ya                 | Toolkit set  | Baik      | Baik       | Ya              | Tidak     | Ya                       | Ya                            | Ya                    | Tidak               | Ya       | Ya                                 | Alat Laik Pakai   | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Inu                 |

Dibuat oleh,



Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.  
NIP. 198004302010011009