

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN  
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA  
PERIODE JUNI 2025**

Nomor	Waktu Pelaksanaan			Identitas Alat				Jenis Kegiatan	Penerapan K3			Persiapan			Pengujian		Penanganan Alat							Kesimpulan	Teknisi		Mengetahui	
	Tanggal	Mulai	Selesai	Nama Alat	Unit / Instalasi	Merek/Tipe Alat	Nomor Seri		Hand Hygiene	APD	Kegiatan Tidak Diinginkan	Persiapan Alat	Pengoperasian Alat	Alat & Bahan	Uji Fisik	Uji Fungsi	Pembersihan	Pelumasan	Pengencangan Bagian Alat	Penggantian Bahan Pakai Habis	Pengujian Keselamatan	Pengukuran Keluaran	Uji Coba		Kalibrasi Berkala	Hasil		Teknisi Pelaksana 1
725/PM-BME/PSRS/VI/2025	05 Juni 2025	08.52.00	09.04.00	CTG:	Poli Obsgyn 1	Corometrics 170 Series:	SNW-20300048PAS:	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G		Yyun
727/PM-BME/PSRS/VI/2025	05 Juni 2025	09.25.00	09.37.00	Timbangan Badan:	Poli Obsgyn 2	Serenity:	OB-TB-001:	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G		Yyun
752/PM-BME/PSRS/VI/2025	13 Juni 2025	09.50.00	10.06.00	Dental Parodex DYI:	Instalasi Radiologi	Toshiba D-07115i:	80761	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Herina
755/PM-BME/PSRS/VI/2025	13 Juni 2025	10.25.00	10.39.00	Pesawat Rontgen Konvensional:	Instalasi Radiologi	Siemens:	80829 1455	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Herina
806/PM-BME/PSRS/VI/2025	27 Juni 2025	13.02.00	13.10.00	Oxygen Mixer	IBS	SECHRIST:	H81027:	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G		Sigit Purwanto
808/PM-BME/PSRS/VI/2025	27 Juni 2025	13.19.00	13.26.00	Laryngoscope:	IBS	Riester Ceremony:	-(2 Buah)	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Sigit Purwanto
809/PM-BME/PSRS/VI/2025	27 Juni 2025	13.29.00	13.42.00	Blanket Warmer:	IBS	EXAVATOR:	S102B07179: 110049	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G		Sigit Purwanto

Dibuat oleh,



Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.  
NIP. 196004302010011009