

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE MEI 2025**

Nomor	Waktu Pelaksanaan			Identitas Alat				Jenis Kegiatan	Penerapan K3			Persiapan			Pengujian		Penanganan Alat							Kesimpulan	Teknisi		Mengetahui		
	Tanggal	Mulai	Selesai	Nama Alat	Unit / Instalasi	Merek/Tipe Alat	Nomor Seri		Hand Hygiene	APD	Kegiatan Tidak Diinginkan	Persiapan Alat	Pengoperasian Alat	Alat & Bahan	Uji Fisik	Uji Fungsi	Pembersihan	Pelumasan	Pengencangan Bagian Alat	Penggantian Bahan Pakai Habis	Pengujian Keselamatan	Pengukuran Keluaran	Uji Coba		Kalibrasi Berkala	Hasil		Teknisi Pelaksana 1	Teknisi Pelaksana 2
611/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	08.30.00	08.57.00	Flow meter	ICU/PICU	Timeter	HCU-FLOW-011-HCU	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
613/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	09.33.00	09.59.00	Syringe Pump	ICU/PICU	B-Braun	102687-102697-1026	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
614/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	10.02.00	10.11.00	Infusion Pump	ICU/PICU	B-Braun	108710	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
616/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	10.02.00	10.11.00	Infusion Pump	ICU/PICU	B-Braun	108721	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
615/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	10.14.00	10.27.00	Suction Pump	ICU/PICU	DIXION	070114120580	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
617/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	10.43.00	10.57.00	Suction Pump	ICU/PICU	L190-GR	SUC-AM001	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
621/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	11.03.00	11.17.00	Suction Pump	ICU/PICU	Yazumi	HCU-SUC-006	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
622/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	13.15.00	13.21.00	Blanket Warmer	ICU/PICU	Equator	S 102B 09600	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
626/PM-BME/PSRS/2025	07 Mei 2025	13.55.00	14.03.00	Lampu Tindakani	ICU/PICU	Dyna	HCU-Lampu T-001	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah	
634/PM-BME/PSRS/2025	08 Mei 2025	08.30.00	09.00.00	Anemometer	ISLRS	Ainometer / MS6252A	HT11-B15382	Pemeliharaan	Ya	Tidak	Nihil	Tidak	Ya	Blower	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat ukur masih dalam keadaan baik	Imas Setyo G	-	Tryono
635/PM-BME/PSRS/2025	08 Mei 2025	09.00.00	09.30.00	Luxmeter	ISLRS	Lux	-	Pemeliharaan	Ya	Tidak	Nihil	Tidak	Ya	-	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat ukur masih dalam keadaan baik	Imas Setyo G	-	Tryono	
638/PM-BME/PSRS/2025	08 Mei 2025	09.32.00	09.46.00	Lampu Tindakani	VK	GEA	VK-LT-001	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Puj
640/PM-BME/PSRS/2025	08 Mei 2025	10.00.00	10.30.00	Leser Distance Meter	ISLRS	CP-100S	-	Pemeliharaan	Ya	Tidak	Nihil	Tidak	Ya	-	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat ukur masih dalam keadaan baik	Imas Setyo G	-	Tryono

Dipuat oleh,



Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.
NIP. 198004302010011009