

PENILAIAN DAN KAJIAN TEKNIS ALAT KESEHATAN
RUMAH SAKIT PRATAMA KOTA YOGYAKARTA
SEMESTER 1 TAHUN 2025

No.	JENIS KAJIAN	NAMA ALAT	MERREK/TIPE	NO.SERI	NEGARA ASAL	PEMBELIAN	USIA TEKNIS	KONDISI	URAIAN	KESIMPULAN/SARAN
1	Penghapusan	Thermometer Inframerah	Hubdic / FS100	F00977	Jerman	2019	5 Tahun	Rusak Berat	- Mati total, tidak dapat diperbaiki lagi	Disarankan untuk pengajuan penghapusan barang
2	Penghapusan	Thermometer Inframerah	Hubdic / FS100	F01576	Tiongkok	2022	2 Tahun	Rusak Berat	- Mati total, tidak dapat diperbaiki lagi	Disarankan untuk pengajuan penghapusan barang

Yogyakarta, 28 Juni 2025

Yang membuat,



Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.
NIP.198004302010011009