PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT PRATAMA
ꦫꦸꦩꦃꦱꦏꦶꦠ꧀ꦥꦸꦫꦠꦩ
Jl. Kol. Sugiyono No. 98 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. : (0274) 373249
EMAIL : rspratama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARA SARANA
PERIODE JANUARI 2025

Nomor		Laporan Masuk					Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan										Teknisi Pelaksana		Mengetahui
	Unit/Instalasi	Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima	Isi Laporan	Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang	Pengujian Ulang	Catatan Tambahan	Hasil Perbaikan	Teknisi 1	Teknisi 2	Pengguna
001/CM-BME/IPSRS/I/2025	IGD	04/01/2025	08.16.00	Agung	Sonny	Suction tidak bisa menghisap cairan lendir	Suction Pump	Infinity	176	Ringan	04/01/2025	08.52.00	09.43.00	Toolkit set, Kabel	Terdapat sumbatan cairan pada selang sucrion pump	Membersihkan selang suction pump	-			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Agung
003/CM-BME/IPSRS/I/2025	Perina/PICU	10/01/2025	09.32.00	Sulastri	Sonny	Alat tidak dapat membaca kadar oksigen dalam darah	Pulse Oximetri	OXYGWAVE	0280900081	Berat	10/01/2025	09.50.00	10.11.00	SPO2 Simulator, Suku Cadang Terkait	Sensor Mati	Pengantian sensor	Pengantian Sensor	Pengujian ulang menggunakan SpO2 Simulator		Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Sulastri
004/CM-BME/IPSRS/I/2025	IPSRS	11/01/2025	11.23.00	Eka	Sonny	Lampu tidak dapat menyala	UV Mobile	Nuritek	2,0064E+14	Ringan	11/01/2025	12.45.00	13.34.00	Toolkit set, Multimeter	Fitting kendor	Tightening Fitting	-			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Eka
005/CM-BME/IPSRS/I/2025	Bangsal Anak	15/01/2025	09.02.00	Fery Yusika	Sonny	Lampu redup	Vena Viewer	ACCUVEN	AV18160064	Ringan	15/01/2025	09.20.00	09.48.00	Toolkit set, Suku Cadang Terkait	Potensio kendor dan Battray Habis	Pengencangan Potensio dan Pengantian Battraty	Pengantian Battray			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Fery Yusika
197/CM-BME/IPSRS/I/2025	Maternal	04/01/2025	08.01.00	Nunung	Adnan Faishal Hakim	Grafik tidak tertampil	EKG	UCARD	K-106-14007-0173	Ringan	04/01/2025	08.04.00	08.45.00	Toolkit set	Elektroda kotor,	Pembersihan elektroda	-			Alat dapat digunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Nunung
203/CM-BME/IPSRS/I/2025	IGD	11/01/2025	12.29.00	Agung	Adnan Faishal Hakim	Drip Alarm	Infusion Pump	B-Braun	121166	Sedang	11/01/2025	12.43.00	13.45.00	Toolkit set	Sensor Drip Masih Aktif	Penghapusan sensor drip dari software	-		Perbaikan bersama vendor	Alat dapat digunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Agung

Dibuat oleh,

Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.
NIP. 198004302010011009