PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT PRATAMA
ꦫꦸꦩꦃꦱꦏꦶꦠ꧀ꦥꦸꦠꦩ
Jl. Kol. Sugiyono No. 98 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. : (0274) 373249
EMAIL : rspratama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARA SARANA
PERIODE JUNI 2025

Nomor		Laporan Masuk					Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan										Teknisi Pelaksana		Mengetahui
	Unit/Instalasi	Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima	Isi Laporan	Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang	Pengujian Ulang	Catatan Tambahan	Hasil Perbaikan	Teknisi 1	Teknisi 2	Pengguna
059/CM-BME/IPSRS/VI/2025	Bangsal Dewasa 1 (Gringsing)	06/06/2025	07.45.00	Erna	Sonny	Grafik acak dan Lead II Kurang Panjang	EKG	UCARD-100	K-106-14007-0172	Ringan	06/06/2025	08.30.00	08.58.00	Toolkit set	Elektroda kotor	Bembersihan Elektroda dan penyettingan sesuai keinginan user	-			Alat dapat digunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Erna
062/CM-BME/IPSRS/VI/2025	Bangsal Anak	03/06/2025	08.10.00	Fery Yusika	Sonny	Alat Mati	Vena Viewer	ACCUVEN	AV18160064	Ringan	03/06/2025	10.11.00	10.35.00	Toolkit set, Suku Cadang Terkait	Battray habis	Pengantian Battray	Pengantian Battray			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Fery Yusika
068/CM-BME/IPSRS/VI/2025	Bangsal Dewasa 1 (Gringsing)	10/06/2025	10.19.00	Erna	Sonny	Alat Mati Total	Vena Viewer	Local	-	Ringan	10/06/2025	10.53.00	11.14.00	Toolkit set, Suku Cadang Terkait	battray dalam keadaan habis	Pengantian Battray	Battray			Alat dapat digunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Erna
074/CM-BME/IPSRS/VI/2025	IGD	14/06/2025	08.21.00	Agung	Sonny	Toco Probe tidak sesuai dengan keadaan pasien	CTG	Philips Avalon FM30	DE-45822461	Sedang	14/06/2025	08.46.00	09.48.00	Toolkit set, Multimeter	Tranduser pada toco probe sudah lemah	Harus dilakukan pengantian Toco Probe	Toco Probe			Menunggu suku cadang dari vendor	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Agung
076/CM-BME/IPSRS/VI/2025	Bangsal Anak	19/06/2025	08.09.00	Fery Yusika	Sonny	Mati Total	Pulse Oximetri	Local	BA-PO-008	Ringan	19/06/2025	10.11.00	10.26.00	Toolkit set, Suku Cadang Terkait	Battray Habis	Pengantian Battray	Battray			Alat dapat digunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Fery Yusika
078/CM-BME/IPSRS/VI/2025	Bangsal Anak	24/06/2025	08.11.00	Fery Yusika	Sonny	Alat Mati Total	Vena Viewer	-	-	Ringan	24/06/2025	10.42.00	10.59.00	Toolkit set, Suku Cadang Terkait	Battray habis	Pengantian Battray	Battray			Alat dapat digunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Fery Yusika

Dibuat oleh,

Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.
NIP. 198004302010011009