

**REKAPITULASI INSPEKSI ALAT KESEHATAN  
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA  
PERIODE AGUSTUS 2025**

| Nomor                       | Waktu Pelaksanaan |          |          | Identitas Alat     |                  |                   |   | Jenis Kegiatan | Penerapan K3 |       |                             | Persiapan      |                            |              | Pengujian |            | Penanganan Alat |           |                          |                               |                     |               |                   | Kesimpulan      | Teknisi       |                 | Mengetahui      |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|---|----------------|--------------|-------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                             | Tanggal           | Mulai    | Selesai  | Nama Alat          | Unit / Instalasi | Merek/Tipe Alat   | Nomor Seri  |                | Hand Hygiene | APD   | Kejadian Tidak Ditunggalkan | Persiapan Alat | Pengoperasian Alat         | Alat & Bahan | Uji Fisik | Uji Fungsi | Pembersihan     | Pelumasan | Pengencangan Bagian Alat | Penggantian Bahan Pakai Habis | Keselamatan Listrik | Cek Mekanikal | Setting Parameter |                 | Kalibrasi Uji | Hasil           |                 |
| 296/PM-BME/IPSR/SV/III/2025 | 02 Agustus 2025   | 07.48.00 | 08.18.00 | Elektrocardiograph | ICU/PICU         | UCARD 100; Philip | K.106.14007.0171; CN 345-446-79   | Ya             | Ya           | Nihil | Ya                          | Ya             | Toolkit set, Pro SIM 8     | Baik         | Baik      | Ya         | Tidak           | Tidak     | Tidak                    | Ya                            | Ya                  | Ya            | Ya                | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G  | Adnan Faishal H | Diah Susanti SD |
| 297/PM-BME/IPSR/SV/III/2025 | 02 Agustus 2025   | 08.19.00 | 08.23.00 | Oximeter           | ICU/PICU         | MEK               | MP 110 PRA 110818   | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                       | Ya             | Toolkit set, SPO2 Simulasi | Baik         | Baik      | Ya         | Tidak           | Tidak     | Tidak                    | Ya                            | Ya                  | Ya            | Ya                | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G  | Adnan Faishal H | Diah Susanti SD |
| 298/PM-BME/IPSR/SV/III/2025 | 02 Agustus 2025   | 08.26.00 | 08.55.00 | Flowmeter          | ICU/PICU         | Timeter           | HCU-FLOW-011; HCU-FLOW-014; HCU-FLOW-017; HCU-FLOW-010; HCU-FLOW-013; HCU-FLOW-008; HCU-FLOW-015; ABL-FM-01 | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                       | Ya             | Toolkit set                | Baik         | Baik      | Ya         | Tidak           | Tidak     | Tidak                    | Ya                            | Ya                  | Ya            | Ya                | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G  | Adnan Faishal H | Diah Susanti SD |
| 299/PM-BME/IPSR/SV/III/2025 | 02 Agustus 2025   | 08.57.00 | 09.21.00 | Syringe Pump       | ICU/PICU         | B-Braun           | 102687; 102697; 102698; 102699; 102700; 102682; 111300  | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                       | Ya             | Toolkit set                | Baik         | Baik      | Ya         | Tidak           | Tidak     | Tidak                    | Ya                            | Ya                  | Ya            | Ya                | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G  | Adnan Faishal H | Diah Susanti SD |
| 300/PM-BME/IPSR/SV/III/2025 | 02 Agustus 2025   | 09.21.00 | 09.34.00 | Suction Pump       | ICU/PICU         | DIXION            | 0710114120580; 071014420684   | Inspeksi       | Ya           | Ya    | Nihil                       | Ya             | Toolkit set                | Baik         | Baik      | Ya         | Tidak           | Tidak     | Tidak                    | Ya                            | Ya                  | Ya            | Ya                | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G  | Adnan Faishal H | Diah Susanti SD |