REKAPITULASI INSPEKSI ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE DESEMBER 2024

Nomor	Waktu Pelaksanaan			Identitas Alat				Jenis Kegiatan	Penerapan K3			Persiapan			Pengujian		Penanganan Alat								Kesimpulan	Teknisi		Mengetahui
	Tanggal	Mulai	Selesai	Nama Alat	Unit / Instalasi	Merek/Tipe Alat	Nomor Seri		Hand Hygiene	APD	Kejadian Tidak Diinginkan	Persiapan Alat	Pengoperasian Alat	Alat & Bahan	Uji Fisik	Uji Fungsi	Pembersihan	Pelumasan	Pengencangan Bagian Alat	Penggantian Bahan Pakai Habis	Keselamatan Listrik	Cek Mekanikal	Setting Parameter	Kalibrasi Uji	Hasil	Teknisi Pelaksana 1	Teknisi Pelaksana 2	Pengguna
464/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	08.39.00	08.51.00	Kulkas Obat	Gudang Farmasi	Pharmachy Refigerator / MP1430SG	9061639	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Tiwi
465/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.01.00	09.11.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM001	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
466/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.02.00	09.12.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM002	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Layak Digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
467/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.03.00	09.13.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM003	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
468/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.04.00	09.14.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM004	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
469/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.05.00	09.15.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM005	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
470/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.20.00	09.30.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM006	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	alat layak	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
471/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.22.00	09.32.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM007	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat layak	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
472/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.25.00	09.35.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-002	FARM008	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	alat layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
473/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.27.00	09.37.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM009	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
474/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.28.00	09.40.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM010	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	alat layak	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
475/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.30.00	09.43.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM011	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
476/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.35.00	09.46.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM012	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
477/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.37.00	09.49.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM013	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat layak digunakan	Imas Setyo G	-	Wimbuh
478/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	09.50.00	10.06.00	Thermohygrometer	Gudang Farmasi	HTC-02	FARM014	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat layak	Imas Setyo G	-	Wimbuh D
479/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	11.05.00	11.20.00	Thermometer Kulkas Laktasi	ISLRS	Digital	LAK001	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer, PT-1	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat layak digunakan	Imas Setyo G	-	Sri Handayani
480/PM-BME/IPSRS/XII/2024	04 Desember 2024	11.10.00	11.30.00	Thermometer Kulkas Laktasi	ISLRS	Digital	LAK002	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Thermohygrometer, PT-1	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat layak digunakan	Imas Setyo G	-	Sri Handayani
481/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	10.12.00	10.25.00	Lampu Tindakan I	Poli Obsgyn 2	DYNA	PO-LT-01	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
482/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	10.28.00	10.42.00	USG	Poli Obsgyn 2	LOGIQ P5	55011	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
483/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	10.45.00	10.57.00	Timbangan	Poli Obsgyn 2	GEA	C15080675878	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
484/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	12.34.00	12.46.00	USG	Poli Obsgyn 1	LOGIQ P5	305614540	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
485/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	12.49.00	13.01.00	CTG	Poli Obsgyn 1	Corometrics 170 Series	SNW-20300048PAS	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
486/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	13.03.00	13.15.00	Fetal Doppler	Poli Obsgyn 1	Serenity	8127200C201660	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
487/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	13.17.00	13.29.00	Timbangan Badan	Poli Obsgyn 1	Serenity	OB-TB-001	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
488/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	13.30.00	13.42.00	Tensimeter Digital	Poli Obsgyn 1	Omron	20190820167V6	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
489/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	13.45.00	13.57.00	Oximeter	Poli Obsgyn 2	MEK PLUS	P1P110PRA1I0817	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, SPO2 Simula	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
490/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	14.00.00	14.12.00	Termometer	Poli Obsgyn 2	Dotory	F280266	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
491/PM-BME/IPSRS/XII/2024	11 Desember 2024	14.15.00	14.24.00	Tensimeter I	Poli Obsgyn 2	ABN	437780	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
499/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	07.36.00	07.47.00	USG	Poli Obsgyn 1	LOGIQ P5	305614540	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
500/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	07.48.00	08.01.00	CTG	Poli Obsgyn 1	Corometrics 170 Series	SNW-20300048PAS	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
501/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	08.02.00	08.12.00	Fetal Doppler	Poli Obsgyn 1	Serenity	8127200C201660	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
502/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	08.13.00	08.24.00	Timbangan Badan	Poli Obsgyn 1	Serenity	OB-TB-001	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
503/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	08.25.00	08.34.00	Tensimeter Digital	Poli Obsgyn 2	Omron	20190820167V6	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
504/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	08.36.00	08.47.00	Oximeter	Poli Obsgyn 2	MEK PLUS	P1P110PRA1I0817	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, SPO2 Simula	Baik	Baik	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
505/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	08.48.00	09.01.00	Termometer	Poli Obsgyn 1	Dotory	F280266	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
506/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	09.02.00	09.13.00	Tensimeter I	Poli Obsgyn 1	ABN	437780	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
507/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	09.14.00	09.26.00	Lampu Tindakan I	Poli Obsgyn 2	DYNA	PO-LT-01	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
508/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	09.28.00	09.42.00	USG	Poli Obsgyn 2	LOGIQ P5	55011	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ayu
509/PM-BME/IPSRS/XII/2024	23 Desember 2024	09.43.00	10.01.00	Timbangan	Poli Obsgyn 2	GEA	C15080675878	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ayu
520/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	10.01.00	10.13.00	Anestesi	IBS	Avance Cs2	BEJW07543	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
521/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	10.14.00	10.21.00	Pasien Monitor	IBS	Drager	VTSKL0027	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, Pro SIM 8, SF	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
522/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	10.23.00	10.34.00	Lampu operasi I	IBS	Maquet	500 216	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
523/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	10.36.00	10.42.00	Lampu operasi I	IBS	Maquet	500 110	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
524/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	10.43.00	10.59.00	Suction Pump	IBS	Bicakcillar	171	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
525/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	11.01.00	11.13.00	Calling Pendant	IBS	LM MEDICAL	MD17-1151-009-001	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
526/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	11.15.00	11.23.00	Vendan I	IBS	LM MEDICAL	MD17-1151-010-001	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
527/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	11.24.00	11.32.00	Electrosurgical Unit	IBS	Covidien	S7F 26 468 AX	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
528/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	12.42.00	12.55.00	Meja Operasi	IBS	Saturn Truf Medical I	-	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Tidak Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
529/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	12.57.00	13.12.00	Anestesi	IBS	ACOMA F0-20s	171920252	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
530/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	13.14.00	13.25.00	Pasien Monitor	IBS	Drager	VTS KK 0072	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, Pro SIM 8, SF	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
531/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	13.26.00	13.34.00	Defibrilator	IBS	Mediana I	144315110044	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, Defib. Analyz	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
532/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	13.36.00	13.47.00	Pasien Monitor	IBS	Drager	V35HJ0037	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, Pro SIM 8, SF	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka
533/PM-BME/IPSRS/XII/2024	28 Desember 2024	13.49.00	14.02.00	Pasien Monitor	IBS	Infinium I	A17041100798	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, Pro SIM 8, SF	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Eka