

**REKAPITULASI INSPEKSI ALAT KESEHATAN  
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA  
PERIODE SEPTEMBER 2024**

Nomor	Waktu Pelaksanaan			Identitas Alat				Jenis Kegiatan	Penerapan K3			Persiapan		Pengujian		Penanganan Alat							Kesimpulan	Teknisi		Mengetahui		
	Tanggal	Mulai	Selesai	Nama Alat	Unit / Instalasi	Merek/Tipe Alat	Nomor Seri		Hand Hygiene	APD	Kejadian Tidak Ditunggalkan	Persiapan Alat	Pengoperasian Alat	Alat & Bahan	Uji Fisik	Uji Fungsi	Pembersihan	Pelumasan	Pengencangan Bagian Alat	Penggantian Bahan Pakai Habis	Keselamatan Listrik	Cek Mekanikal		Setting Parameter	Kalibrasi Uji		Hasil	Teknisi Pelaksana 1
306/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	07.43.00	07.59.00	Pasien Monitor	Maternal	Infinium	A17041100800	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
307/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	08.02.00	08.14.00	EKG	Maternal	UCARD	K.106-14007-0173	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
308/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	08.16.00	08.29.00	Oximeter	Maternal	NELLCOR-OXIMAX & MEK PLUS	360101-M2030087008	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
309/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	08.31.00	08.44.00	Infusio Pump	Maternal	B-Braun	121150	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
310/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	08.47.00	08.59.00	Syringe Pump	Maternal	B-Braun	102684	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
311/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	09.02.00	09.15.00	Infus Warmer	Maternal	S-Line Barkey	290 7150	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
312/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	09.17.00	09.31.00	Nebulizer	Maternal	Companist 1	1536545A	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
313/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	09.35.00	09.49.00	Timbangan Bayi	Maternal	Eitech	TD-5194A0263	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
314/PM-BME/IPSR/SIX/2024	03 September 2024	09.51.00	10.03.00	Tensimeter	Maternal	ABN REGALI	00097565_00438652	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Nunung
323/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	09.00.00	09.09.00	Vortex Mixer	Instalasi Laboratorium	VM-300	1212 083	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
324/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	09.25.00	09.37.00	Roller Mixer	Instalasi Laboratorium	Gemmyco	1514 608	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
325/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	09.41.00	10.00.00	Bio Safety Cabinet	Instalasi Laboratorium	Biobase BSC-1500	BSC-15A1609460	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
326/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	10.01.00	10.14.00	DC Counter	Instalasi Laboratorium	DEC-8E	210 4453	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
327/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	10.15.00	10.27.00	Thermohygmeter	Instalasi Laboratorium	HTC	LAB-THG-001	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
328/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	10.28.00	10.40.00	Electrolyte Analyzer	Instalasi Laboratorium	Roche	26921	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
329/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	10.42.00	11.01.00	Urine Analyzer	Instalasi Laboratorium	Insight 4120	197E0001350	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
330/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	11.03.00	11.12.00	Microppeti	Instalasi Laboratorium	SOCOREX	-(19 Buah)	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
331/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	11.15.00	11.24.00	Kimia Klinik	Instalasi Laboratorium	Roche Cobas C III	13571	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
332/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	11.27.00	11.39.00	Biosafety Cabinet	Instalasi Laboratorium	Thermoscientific/300 Series A2	1384G321120208	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
333/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	12.46.00	12.59.00	Laminar Air Flow	Instalasi Laboratorium	Purair PCR Cabinet	96477	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
334/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	13.02.00	13.14.00	Mini Centrifuge	Instalasi Laboratorium	Thermoscientific/MySpin 6	HSG21843	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
335/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	13.15.00	13.27.00	Vortex Mixer	Instalasi Laboratorium	Thermoscientific/88882010	L3CT82010641	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
336/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	13.30.00	13.42.00	Variable Pipette	Instalasi Laboratorium	Thermoscientific/Fippette F2 10-100µl	TZ38176; TZ38185	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
337/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	13.43.00	13.57.00	Variable Pipette	Instalasi Laboratorium	Thermoscientific/Fippette F2 0.2-2µl	SH44959	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
338/PM-BME/IPSR/SIX/2024	19 September 2024	14.02.00	14.15.00	Variable Pipette	Instalasi Laboratorium	Thermoscientific/Fippette F2 100-1000	TZ39348	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo
339/PM-BME/IPSR/SIX/2024	27 September 2024	09.20.00	09.31.00	Nebulizer	Bangsai Dewasa 1 (Gringsang)	ABN Companist 1	1536456A	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Erna
352/PM-BME/IPSR/SIX/2024	27 September 2024	09.34.00	09.46.00	Suction Pump	Bangsai Dewasa 1 (Gringsang)	YAZULI	14091 2440	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Erna
354/PM-BME/IPSR/SIX/2024	27 September 2024	09.49.00	09.59.00	Vacuum	Bangsai Dewasa 1 (Gringsang)	Vacutron	SUC-CO-02; SUC-CO	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Erna
355/PM-BME/IPSR/SIX/2024	27 September 2024	10.02.00	10.18.00	Flowmeter	Bangsai Dewasa 1 (Gringsang)	Timeter	COV-FM-013; COV-FM	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Erna
356/PM-BME/IPSR/SIX/2024	27 September 2024	10.20.00	10.36.00	UV Mobile	Bangsai Dewasa 1 (Gringsang)	Nurteke	20064 0110101002	Inspeksi	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Erna