

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE AGUSTUS 2024**

Nomor	Waktu Pelaksanaan			Identitas Alat				Jenis Kegiatan	Penerapan K3			Persiapan			Pengujian			Penanganan Alat						Kesimpulan	Teknisi		Mengetahui	
	Tanggal	Mulai	Selesai	Nama Alat	Unit / Instalasi	Merek/Tipe Alat	Nomor Seri		Hand Hygiene	APD	Kejadian Tidak Ditunggalkan	Persiapan Alat	Pengoperasian Alat	Alat & Bahan	Uji Fisik	Uji Fungsi	Pembersihan	Pelumasan	Pengencangan Bagian Alat	Penggantian Bahan Pakai Habis	Keselamatan Listrik	Cek Mekanikal	Setting Parameter		Kalibrasi Uji	Hasil		Teknisi Pelaksana 1
301/PM-BME/IPSRSSVIII/2024	02 Agustus 2024	09.35.00	09.59.00	Infusion Pump	ICU/PICU	B-Braun	108710; 108726; 1087	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah Susanti SD
302/PM-BME/IPSRSSVIII/2024	02 Agustus 2024	11.00.00	11.11.00	Defibrilator	ICU/PICU	Mediana	1443 15110103	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, Defib. Analyz	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah Susanti SD
303/PM-BME/IPSRSSVIII/2024	02 Agustus 2024	11.12.00	11.35.00	Pasien Monitor	ICU/PICU	Infinium	2117041100791; A150	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, Pro SIM 8, S	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Diah Susanti SD
304/PM-BME/IPSRSSVIII/2024	06 Agustus 2024	10.34.00	10.40.00	Film Viewer	Polik Umum	Q-med & Medice Indo	-	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Sigit Zen
305/PM-BME/IPSRSSVIII/2024	06 Agustus 2024	10.42.00	10.55.00	Tensimeter Semi Digital	Polik Umum	ABN DM-500	15100 3642	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Sigit Zen