

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE NOPEMBER 2024**

Nomor	Waktu Pelaksanaan			Identitas Alat				Jenis Kegiatan	Penerapan K3			Persiapan			Pengujuan			Penanganan Alat							Kesimpulan	Teknisi		Mengetahui
	Tanggal	Mulai	Selesai	Nama Alat	Unit / Instalasi	Merek/Tipe Alat	Nomor Seri		Hand Hygiene	APD	Kejadian Tidak Ditinginkan	Persiapan Alat	Pengoperasian Alat	Alat & Bahan	Uji Fisik	Uji Fungsi	Pembersihan	Pelumasan	Pengencangan Bagian Alat	Penggantian Bahan Pakai Habis	Keselamatan Listrik	Cek Mekanikal	Setting Parameter	Kalibrasi Uji		Hasil	Teknisi Pelaksana 1	
411/PM-BME/PSRS/XI/2024	03 November 2024	11.30.00	12.00.00	Anerometer	ISLRS	Aimometer / MS6252A	H111-B16382	Pemeliharaan	Ya	Tidak	Nihil	Tidak	Ya	-	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat ukur masih dalam keadaan baik	Imas Setyo G	-	Tryono, ST
412/PM-BME/PSRS/XI/2024	03 November 2024	12.00.00	12.30.00	Thermohygrometer	ISLRS	Grisinger	3490 1620	Pemeliharaan	Ya	Tidak	Nihil	Tidak	Ya	Blower	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat ukur masih dalam keadaan baik	Imas Setyo G	-	Tryono, ST	
413/PM-BME/PSRS/XI/2024	03 November 2024	13.00.00	13.30.00	Luxmeter	ISLRS	Lux	-	Pemeliharaan	Ya	Tidak	Nihil	Tidak	Ya	-	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat ukur masih dalam keadaan baik	Imas Setyo G	-	Tryono		
414/PM-BME/PSRS/XI/2024	03 November 2024	14.00.00	14.30.00	Laser Distance Meter	ISLRS	CP-100S	-	Pemeliharaan	Ya	Tidak	Nihil	Tidak	Ya	-	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Alat ukur masih dalam keadaan baik	Imas Setyo G	-	Tryono	
415/PM-BME/PSRS/XI/2024	15 November 2024	12.36.00	12.43.00	Tensimeter digital	Polio Penyakit Dalam 1	ABN	19002320	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ester
416/PM-BME/PSRS/XI/2024	15 November 2024	12.45.00	12.51.00	Tensimeter	Polio Penyakit Dalam 1	ABN	47640	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ester
417/PM-BME/PSRS/XI/2024	15 November 2024	12.52.00	13.01.00	Film Viewer	Polio Penyakit Dalam 1	Q-medi	-	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Ester
418/PM-BME/PSRS/XI/2024	15 November 2024	13.03.00	13.14.00	Timbangan BBu	Polio Penyakit Dalam 1	Serenity	PPD-TB-001	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Ester
419/PM-BME/PSRS/XI/2024	15 November 2024	13.15.00	13.23.00	Oxymeter	Polio Penyakit Dalam 2	MEK Plus	MP110PSAIH0875	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set, SPO2 Simulasi	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Sigit Zen
420/PM-BME/PSRS/XI/2024	15 November 2024	13.28.00	13.41.00	Timbangan BBu	Polio Penyakit Dalam 2	Serenity	7129087	Pemeliharaan	Ya	Ya	Nihil	Ya	Ya	Toolkit set	Baik	Baik	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Alat Laik Pakai	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Sigit Zen