

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE SEPTEMBER 2024**

| Nomor | Waktu Pelaksanaan | | | Identitas Alat | | | | Jenis Kegiatan | Penerapan K3 | | | Persiapan | | Pengujian | | Penanganan Alat | | | | | | | Kesimpulan | Teknisi | | Mengetahui | | |
|--------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | Tanggal | Mulai | Selesai | Nama Alat | Unit / Instalasi | Merek/Tipe Alat | Nomor Seri | | Hand Hygiene | APD | Kejadian Tidak Ditinginkan | Persiapan Alat | Pengoperasian Alat | Alat & Bahan | Uji Fisik | Uji Fungsi | Pembersihan | Pelumasan | Pengencangan Bagian Alat | Penggantian Bahan Pakai Habis | Keselamatan Listrik | Cek Mekanikal | | Setting Parameter | Kalibrasi Uji | | Hasil | Teknisi Pelaksana 1 |
| 315/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 03 September 2024 | 10.04.00 | 10.13.00 | Tansimeter Digital | Matemat | Omnron | 20210312479V6 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Nunung |
| 316/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 03 September 2024 | 10.06.00 | 10.18.00 | Oximeter | Matemat | LOKAL | MTR-PO-001 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set, SPO2 Simula | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Nunung |
| 317/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 03 September 2024 | 10.19.00 | 10.26.00 | Termometer | Matemat | Dotory | F280256 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Nunung |
| 318/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 19 September 2024 | 07.43.00 | 08.00.00 | Centrifugal | Instalasi Laboratorium | Kubota 3220 & Kubota 2420 | R-53712-F000 & R-919 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Subagyo |
| 319/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 19 September 2024 | 08.03.00 | 08.14.00 | Coagulation | Instalasi Laboratorium | Practi C2000-2 | 106-AC-58000235 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Subagyo |
| 320/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 19 September 2024 | 08.16.00 | 08.29.00 | Mikroskop | Instalasi Laboratorium | Olympus & Leica | 6496378201612 & C-5 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Subagyo |
| 321/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 19 September 2024 | 08.32.00 | 08.47.00 | Spektro Photometer | Instalasi Laboratorium | Robert Riela 5010 VST | 14039 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Subagyo |
| 322/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 19 September 2024 | 08.49.00 | 08.58.00 | Waterbath | Instalasi Laboratorium | WINA 607 | 607111 4051 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Subagyo |
| 339/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 08.07.00 | 08.33.00 | Pasien Monitor | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | Infinium | A15081100083; A1509 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set, Pro SIM 8, SR | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 340/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 08.35.00 | 08.47.00 | Defibrilator | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | Mediana | 1443 15110052 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set, Defib. Analyz | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 341/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 08.49.00 | 09.04.00 | EKG | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | UCARD-100 | K-106-14007-0172 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set, Pro SIM 8 | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 342/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 09.07.00 | 09.19.00 | AED | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | Premedic | 7394300 5701 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set, Defib. Analyz | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 343/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 09.21.00 | 09.37.00 | Oximeter | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | OXY9Wave | 02PO200010 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set, Pro SIM 8 | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 344/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 09.40.00 | 09.53.00 | Infusion Pump | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | B-braun | 121148, 121142, 12114 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 345/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 10.09.00 | 10.09.00 | Syringe Pump | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | B-braun | 102683, 102671, 1119 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Erna |
| 346/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 10.11.00 | 10.23.00 | Vena deketori | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | LOCAL | - | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Erna |
| 347/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 10.25.00 | 10.37.00 | Tensimeter | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | ABN | 151006736, 00438274 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 348/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 10.39.00 | 10.52.00 | Thermohygmeter | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | HTC 1 | BD-TH-03, BD-TH-01 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Erna |
| 349/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 10.55.00 | 11.02.00 | Thermometer | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | Dotory | F01584, F280278, F28 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 350/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 11.04.00 | 11.17.00 | Timbangan BB | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | Arlux & Local & Serenity | COVID-TD-003 & COV | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Erna |
| 351/PM-BME/IPSRS/IX/2024 | 26 September 2024 | 11.19.00 | 11.29.00 | UV Mobile | Bangsai Dewasa 1 (Gringsing) | Nurteki | 200640110101002 | Pemeliharaan | Ya | Ya | Nihil | Ya | Ya | Toolkit set | Baik | Baik | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Ya | Alat Laik Pakai | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Erna |