

**REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE AGUSTUS 2025**

Nomor	Unit/Instalasi	Laporan Masuk				Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan								Teknisi Pelaksana			Mengetahui		
		Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima	Isi Laporan	Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang	Pengujian Ulang	Catatan Tambahan	Hasil Perbaikan		Teknisi 1	Teknisi 2
111/CM-BME/PSRS/VIII/2025	Gudang Farmasi	15/08/2025	10.45.00	Mas Novan	Sony	Alat Mati	Termohigro	HTC	GF-THG-003	Ringan	15/08/2025	10.50.00	11.02.00	Toolkit set	battray dalam keadaan habis	Pengantian Battray	Battray			Alat dapat digunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Novan
113/CM-BME/PSRS/VIII/2025	Bangsai Anak	19/08/2025	09.23.00	Fery Yusika	Sony	Keluaran alat tidak maksimal	Nebulizer	ABN COMPAMIST	1536579A	Ringan	19/08/2025	10.37.00	10.53.00	Toolkit set	Filter dalam keadaan kotor	Pembersihan Filter	-	uji fungsi	penjadwalan ganti filter segera	Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Fery Yusika