

**REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE DESEMBER 2025**

Nomor	Unit/Instalasi	Laporan Masuk				Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan								Mengetahui					
		Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima	Isi Laporan	Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang		Pengujian Ulang	Catatan Tambahan	Hasil Perbaikan	Teknisi 1	Teknisi 2
181/CM-BME/IPSRS/XII/2025	IGD	10/12/2025	09.12.00	Agung	Sony	Kabel ECG rusak	Defibrilator	Mediana	1,44315E+11	Ringan	06/12/2025	10.10.00	10.25.00	Defib. Analyzer, Suku Cadang Terkait	Kabel SCG rusak, harus diganti	Penggantian kabel ECG	Kabel ECG	Ya, dengan Defibrilator Analyzer	-	Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	dr. Atika
194/CM-BME/IPSRS/XIV/2025	Instalasi Laboratorium	13/12/2025	17.43.00	Rian Agustiano	Adnan Faishal Hakim	Mati Total	Thermotygrometer	HTC	LAB-THG-002	Ringan	14/12/2025	08.11.00	08.19.00	Toolkit set	Putus pada kabel supplay ke motherboard	penyambungan kembali kabel putus	-	-	-	Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Subagyo