

**REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE NOPEMBER 2025**

Nomor	Unit/Instalasi	Laporan Masuk				Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan								Teknisi Pelaksana			Mengetahui		
		Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima	Isi Laporan	Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang	Pengujian Ulang	Catatan Tambahan	Hasil Perbaikan		Teknisi 1	Teknisi 2
156/CM-BME/IPSRS/XI/2025	IPSRS	03/11/2025	09.00.00	Widodo	Imas	Tampilan LCD blank	Tachometer	Kimo/CT-100	1011 0660	Ringan	03/11/2025	09.00.00	09.30.00	Contact Cleaner, Baterai	Kontak LCD kotor	Penggantian baterai & pembersihan kontak LCD	Baterai 9V	Untuk pengukuran		Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	-
174/CM-BME/IPSRS/XI/2025	IGD	22/11/2025	13.02.00	Agung	Sony	Alat mati total	Oximeter	MEK	MP-110-PP1C-0191	Ringan	23/11/2022	13.21.00	13.43.00	Toolkit set	Batirai rusak	Pengantian Batirai	Batirai			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Agung
175/CM-BME/IPSRS/XI/2024	IGD	22/11/2024	13.02.00	Agung	Sony	Alat mati total	Oximeter	MEK	MP-110-PP1C-0191	Ringan	23/11/2022	13.44.00	14.00.00	SPO2 Simulator		Pengujian Alat sebelum diserahkan ke user		Pengujian SPO2	Pengujian Oxymeter menggunakan SPO2 Simulator	Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G		Agung
177/CM-BME/IPSRS/XI/2024	IPSRS	26/11/2024	09.45.00	Subagyo	Adnan Faishal Hakim	Alat Error	TCM	GenXpert/GX-IV R2	812974	Berat	26/11/2022	09.47.00	12.53.00	Toolkit set	Module rusak	Perfunya pengantian Module	Module			Menunggu suku cadang dari vendor	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Subagyo