

**REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE OKTOBER 2025**

Nomor	Unit/Instalasi	Laporan Masuk				Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan							Teknisi Pelaksana			Mengetahui			
		Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima	Isi Laporan	Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang	Pengujian Ulang	Catatan Tambahan		Hasil Perbaikan	Teknisi 1	Teknisi 2
147/CM-BME/IPSRS/X/2025	IGD	10/10/2025	10.03.00	Bapak Agung	Sony	Tidak terbacanya hasil akhir suhu	Termometer	Microfile AG	-	Berat	10/10/2022	10.05.00	10.11.00	Toolkit set	sensor suhu trouble	Perfunya pengantian sensor suhu	Sensor Suhu			Alat tidak dapat diperbaiki & dipergunakan lagi	Adnan Faishal H	Imas Setyo G	Agung
152/CM-BME/IPSRS/X/2025	Bangsal Anak	20/10/2025	09.43.00	Ibu Fery Yusika	Sony	Mati Total	Termometer	Local	-	Ringan	19/10/2022	09.45.00	10.12.00	Toolkit set	Batray habis	Pengantian Batray	Batray			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Fery Yusika